

**Комунальне некомерційне підприємство “Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня”
Херсонської обласної ради**

14.07.2021 р.

ОБГРУНТУВАННЯ

щодо закупівлі (ID: UA-2021-07-14-006944-c) ДК 021:2015 : ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали (На виконання вимоги пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1. Медико-технічні вимоги: керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», відповідно до Постанови КМУ від 02.10.2013 року № 753 “Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів” та іншими нормативно-правовими актами.

№з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Медико - технічні вимоги	Документ який учасник повинен надати на відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ № 753 від 02.10.2013 року
1	Бинт марлевий медичний нестерильний 5м x10 см	шт	8000	Матеріал виготовлення – 100% бавовна, виготовлені з медичної вибіленої марлі. Капілярність не менше 7 см/год. Білизна не менше 80%. Відсутні шви і обрізана кромка.	Декларація про відповідність, сертифікат відповідності, сертифікат якості
2	Бинт марлевий медичний нестерильний 7м x 14 см	шт	8000	Матеріал виготовлення – 100% бавовна, виготовлені з медичної вибіленої марлі. Капілярність не менше 7 см/год. Білизна не менше 80%. Відсутні шви і обрізана кромка.	Декларація про відповідність, сертифікат відповідності, сертифікат якості
3	Вата медична нестерильна 100г	шт	100	Виготовлена з 100% бавовни. Вата медична фасується у вигляді ролону по 100г. Нестерильна. Гігроскопічність (поглинаюча здатність) не менше 19 г. Капілярність не менше 67 мм.	Декларація про відповідність, сертифікат відповідності, сертифікат якості
4	Марлевий відріз 100 м x 90 см	уп.	60	Відсутні шви і обрізана кромка. Густина не менше 30 г/м2. Матеріал виготовлення – 100% бавовна. Білизна не менше 80%. Тип марлі 20 Капілярність не менше 10см/год	Декларація про відповідність, сертифікат відповідності, сертифікат якості, сертифікат на марлю, з якої зроблений відріз.
5	Бинт гіпсовий 15 x 270	шт.	10000	Чистий, гладенький, без зморшок та відлущування, нанесений на марлеву основу однорідним шаром. Вага марлі на одиницю площі 24г/м2 Час отвердіння до 30 хвилин, Час сушіння 360-700 хвилин	Декларація про відповідність, сертифікат відповідності, сертифікат якості

6	Серветка спиртова 110x150 №100	уп.	200	Виготовлена з нетканного матеріалу. Просочена 70% розчином ізопропілового спирту. Пакування по 100 шт.	Декларація про відповідність, сертифікат відповідності, сертифікат якості
---	-----------------------------------	-----	-----	--	---

2. Очікувана вартість закупівлі 254823,00 грн з ПДВ розрахована згідно Постанови КМУ від 02.07.2014 № 240 "Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів" та наказ МОЗ України від 18.08.2014 № 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптовідпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптовідпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року